

KERN MCD 300K-1



Mobile Stuhlwaage in ergonomisch optimierter Ausführung für sicheres und bequemes Wiegen



| | |
|---|----------------|
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH) | 200×130×60 mm |
| Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ) | 625×990×985 mm |
| Libelle | ✓ |
| Hauptfarbe | weiß |

Display

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Displayart | LCD |
| Display Ziffernhöhe - Groß | 25 mm |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Symbolsprache |

Funktionen

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| BMI-Berechnung | ✓ |
| Hold-Funktion | ✓ |
| Tarierfunktion | manual (single/multi) |
| Anzahl Tasten für Bedienung | 6 |

Energieversorgung

| | |
|-------------------------|------------|
| mitgeliefertes Netzteil | Batterie |
| Batterie | 6×1.5 V AA |
| Batterie Betriebsdauer | 40 h |

Umgebungsbedingungen

| | |
|----------------------------|-------|
| Luftfeuchte Umgebung (max) | 80 % |
| Umgebungstemperatur (min) | 10 °C |
| Umgebungstemperatur (max) | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|------------------------|------------------|
| Abmessungen Verpackung | 1080×690×1080 mm |
| Nettogewicht ca. | 20 kg |
| Bruttogewicht ca. | 32 kg |
| Lieferzeit Gesamt | 2 d |
| Art des Versands | Spedition |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|--|---------|
| DAkKS-Kalibrierung Artikelnummer | 963-129 |
| Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort | 961-249 |
| Artikel Konformitätszertifikat | 969-517 |

Kategorie

| | |
|------------------|---------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Medizinwaagen |
| Produktgruppe | Stuhlwaagen |

Messsystem

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 300 kg |
| Ablesbarkeit (g) | 100 g |
| Auflösung | 3.000 |
| Tarierbereich | 299,9 kg |
| Einheiten | kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,1 kg |
| Linearität | ± 0,1 kg |
| außermittige Belastung bei 1/3 Max | 0,1 kg |
| Empfohlenes Justiergewicht | 300 kg (M1) |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Anwärmzeit | 10 min |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |

Eichtechnische Daten

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Bauform

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Material Wägeplatte | Kunststoff |
| Material Plattform | Kunststoff |
| Wägefläche (rechteckig) | 390×360 mm |
| weighingAreaMkt | 390×360 mm |
| Abmessungen Wägeplattform | 500×360×370 mm |
| Material Gehäuse | Stahl, lackiert |

KERN MCD 300K-1



Mobile Stuhlwaage in ergonomisch optimierter Ausführung für sicheres und bequemes Wiegen

Piktogramme

STANDARD

